

Vážení,

dne 21. 4. 2022 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Dodávka centrifugy pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce v následujícím bodě:

Požadujete maximální šířku 610 mm a současně maximální hloubku 640 mm. Vzhledem k tomu, že požadujete současně kapacitu nejméně 4 x 750 ml a chlazení, je takto malá šířka technicky nerealizovatelná. Bylo by možné požadavek na maximální šířku přehodnotit tak, aby bylo možno nabídnout i centrifugy s šířkou 770 mm?

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz:

Požadujete maximální šířku 610 mm a současně maximální hloubku 640 mm. Vzhledem k tomu, že požadujete současně kapacitu nejméně 4 x 750 ml a chlazení, je takto malá šířka technicky nerealizovatelná. Bylo by možné požadavek na maximální šířku přehodnotit tak, aby bylo možno nabídnout i centrifugy s šířkou 770 mm?

Odpověď zadavatele:

Ne, toto není možné. Zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky neakceptuje jakékoliv změny v technických podmínkách stanovených pro dodávku centrifugy, jež jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Veškeré zadavatelem požadované parametry obsažené v technických podmínkách musí být ze strany dodavatele beze zbytku splněny, neboť odpovídají požadovaným prostorovým a kapacitním požadavkům zadavatele.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.