

Vážení,

dne 14. 4. 2025 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „**Dodávka rotačního mikrotomu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Vážení,

ke specifikaci pár dotazů:

- 1) Zadavatel požaduje nastavení tloušťky řezu s krokem 0,5 um v rozsahu 0,5 - 50 um. Údaj 50 um je asi překlep místo 5 um. Náš mikrotom nastavuje 0,5 um od 0 - 2 um, 1 um od 2 - 20 um, 2 um od 20 - 50 um, 5 um od 50 - 100 um. Bude zadavatel akceptovat tyto parametry?*
- 2) Elektrický posuv našeho mikrotomu má 2 rychlosti, hrubě a jemně. Bude zadavatel toto standardní řešení akceptovat?*
- 3) Plně motorizovaný mikrotom má pohon vzorku vůči noži řešený krokovými motory s ovládáním tlačítky. Ruční kolo na pravé straně slouží k manuálnímu krájení, které je spojeno s automatickým posunem. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?*

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesené dotazy:

Dotaz č. 1:

- 1) Zadavatel požaduje nastavení tloušťky řezu s krokem 0,5 um v rozsahu 0,5 - 50 um. Údaj 50 um je asi překlep místo 5 um. Náš mikrotom nastavuje 0,5 um od 0 - 2 um, 1 um od 2 - 20 um, 2 um od 20 - 50 um, 5 um od 50 - 100 um. Bude zadavatel akceptovat tyto parametry?

Odpověď zadavatele:

Ano, parametr v řádku č. 11 ve sloupci „Požadované technické a funkční vlastnosti“ v Příloze č. 1 - Technické podmínky, „Nastavení tloušťky krájení vzorku v rozsahu pro 0,5 - 50 µm krok alespoň“ je chybný. Zadavatel tento parametr mění na nové správné rozmezí hodnot pro parametr „Nastavení tloušťky krájení vzorku v rozsahu pro 0,5 - 5 µm krok alespoň“.

Zadavatel zároveň tímto sděluje, že nebude akceptovat jiné uchazečem navržené parametry nastavení přístroje pro tloušťky řezů.

Jako přílohu těchto dodatečných informací zadavatel zároveň zasílá nové znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky, které v plném rozsahu nahrazuje původní znění této přílohy.

Na základě výše uvedeného, z důvodu změny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou svou původní délku. Nabídky bude možno podat nejpozději do 5. 5. 2025, do 10:00 hodin.

Dotaz č. 2:

- 2) Elektrický posuv našeho mikrotomu má 2 rychlosti, hrubě a jemně. Bude zadavatel toto standardní řešení akceptovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neakceptuje jakoukoliv změnu požadavku na elektrický posuv přístroje a trvá na parametrech specifikujících tuto funkci přístroje uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky.

Dotaz č. 3:

3) Plně motorizovaný mikrotom má pohon vzorku vůči noži řešený krokovými motory s ovládáním tlačítky. Ruční kolo na pravé straně slouží k manuálnímu krájení, které je spojeno s automatickým posunem. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neakceptuje jakoukoliv změnu požadavku na možnosti posunu vzorku v přístroji a trvá na parametrech specifikujících tuto funkci přístroje uvedenou v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky. Zadavatel potřebuje, aby vzorek v přístroji bylo možné posouvat i kolem, a to z důvodu preciznější manipulace se vzorkem a nastavení vzorku.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.