

Vážení,

dne 27. 5. 2025 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „**Dodávka flow boxu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

rádi bychom tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací a prosíme o odpověď na náš následující dotaz:

Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má elektrický posun čelního okna s možností jeho vyklopení pro splnění požadavku otvoru 440 mm (vámi specifikovaného jako možnost vysunout čelní sklo do výšky alespoň 440 mm) při vnějších rozměrech boxu 1350 mm šířka x 810 mm hloubka x 1545 výška zařízení?

Děkujeme za odpověď.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz:

1) Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má elektrický posun čelního okna s možností jeho vyklopení pro splnění požadavku otvoru 440 mm (vámi specifikovaného jako možnost vysunout čelní sklo do výšky alespoň 440 mm) při vnějších rozměrech boxu 1350 mm šířka x 810 mm hloubka x 1545 výška zařízení?

Odpověď zadavatele:

Ne, toto není přípustné. V řádku č. 21, ve sloupci „Požadované technické a funkční vlastnosti“ v Příloze č. 1 - Technické podmínky, zadavatel pro daný přístroj požaduje „Manuální posuv čelního skla“.

Zadavatel zároveň tímto sděluje, že nebude akceptovat jiné uchazečem navržené parametry pro posuv čelního skla flow boxu.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.