

Vážení,

dne 2. 6. 2025 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „**Dodávka inkubátoru s orbitální třepačkou a chlazením pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

měl bych dotaz k výběrovému řízení na inkubátor s orbitální třepačkou a chlazením.

Vzhledem k tomu, že parametry přesně odpovídají jednomu konkrétnímu přístroji, tak bych se chtěl zeptat, zda nedošlo k záměně parametrů u rozměrů přístroje, a to konkrétně výšky a hloubky. V technické specifikaci VZ je uvedeno 620 x 620 x 510 mm (š x v x h), zatím co výrobce uvádí 620 x 620 x 510 mm (š x h x v).

Děkuji.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že parametry přesně odpovídají jednomu konkrétnímu přístroji, tak bych se chtěl zeptat, zda nedošlo k záměně parametrů u rozměrů přístroje, a to konkrétně výšky a hloubky. V technické specifikaci VZ je uvedeno 620 x 620 x 510 mm (š x v x h), zatím co výrobce uvádí 620 x 620 x 510 mm (š x h x v)?

Odpověď zadavatele:

Ano, parametr v řádku č. 19 ve sloupci „Požadované technické a funkční vlastnosti“ v Příloze č. 1 - Technické podmínky, „Rozměry z důvodu plánovaného umístění (tolerance 20 mm)“ je chybný. Zadavatel tento parametr mění na nové správné požadované hodnoty pro parametr „Rozměry z důvodu plánovaného umístění (tolerance 20 mm)“, šířka 620 mm, hloubka 530 mm, výška 510 mm.

Jako přílohu těchto dodatečných informací zadavatel zároveň zasílá nové znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky, které v plném rozsahu nahrazuje původní znění této přílohy.

Na základě výše uvedeného, z důvodu změny zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o celou svou původní délku. Nabídky bude možno podat nejpozději do 20. 6. 2025, do 10:00 hodin.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.