

Vážení,

zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Dodávka inkubátoru s orbitální třepačkou a chlazením pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**“ tímto zasílá formou dodatečných informací č. 2 nové znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky, které v plném rozsahu nahrazuje původní znění této přílohy.

Zadavatel opravil parametr v řádku č. 19 ve sloupci „Požadované technické a funkční vlastnosti“ v Příloze č. 1 - Technické podmínky, „Rozměry z důvodu plánovaného umístění (tolerance 20 mm)“. Zadavatel tento parametr mění na nové správné požadované hodnoty pro tento parametr „Rozměry z důvodu plánovaného umístění (tolerance 20 mm)“, šířka 620 mm, hloubka 620 mm, výška 510 mm.

Jako přílohu těchto dodatečných informací č. 2 zadavatel zároveň zasílá nové znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky, které v plném rozsahu nahrazuje původní znění této přílohy.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.