

Vážení,

dne 5. 3. 2020 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Dodávka nábytku pro virologickou laboratoř“ byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

U čísla standardu 2, 3 a 4 shodně uvádíte „Konstrukce svařovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm“. Prosím o upřesnění, které konkrétní části konstrukcí mají být vyhotoveny z profilů 30x50 a které z 20x40 mm.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 2 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz:

U čísla standardu 2, 3 a 4 shodně uvádíte „Konstrukce svařovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z ocelových profilů 30x50 a 20x40 mm“. Prosím o upřesnění, které konkrétní části konstrukcí mají být vyhotoveny z profilů 30x50 a které z 20x40 mm.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel jako přílohy těchto dodatečných informací č. 2 zasílá soubory, ve kterých je upřesněno technické provedení svařované konstrukce (pod pracovní desku laboratorního stolu) pro standardy č. 2, 3, 4 (na přiložených obrázcích zeleně vyznačený ocelový profil bude vyroben z profilu o rozměru 20x40 mm, zbývající části svařované konstrukce budou vyrobeny z profilu o rozměru 30x50 mm).

Na základě této odpovědi zadavatele v těchto dodatečných informací č. 2 jsou zároveň odpovídajícím způsobem automaticky změněny všechny ostatní příslušné dokumenty, ve kterých byla příslušná informace zmíněna a jež jsou přílohami zadávací dokumentace.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.