

Vážení,

dne 2. 4. 2020 nám jako zadavateli veřejné zakázky s názvem „Dodávka horkovzdušného sterilizátoru s nucenou cirkulací vzduchu" byla doručena následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

*Dobrý den,*

*mám dotaz k technickým podmínkám poptávaného sterilizátoru.*

*Zadavatel požaduje maximální rozměr vnější (šířka x hloubka x výška) 800x800x2000 mm. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který bude mít vnější rozměry 1224x784x1247 mm?*

*Předem moc děkuji za odpověď.*

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto zasílá formou dodatečných informací č. 1 odpověď na vznesený dotaz:

Dotaz:

Zadavatel požaduje maximální rozměr vnější (šířka x hloubka x výška) 800x800x2000 mm. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který bude mít vnější rozměry 1224x784x1247 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stanovených maximálních vnějších rozměrech (šířka x hloubka x výška) přístroje, 800x800x2000 mm. Stanovená šířka přístroje 800 mm je pro zadavatele limitující vzhledem k umístění přístroje.

S pozdravem

JUDr. Pavel Vacek

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.